

Sheet1

2007年 ET(EU/ml)	1月15日	2月19日	3月12日	4月16日	5月14日	6月11日	7月16日	8月13日	9月10日	10月15日	11月12日	12月10日
水道水		1.39			1.71			2.58			1.06	
PUF後		0.05			0.02			0.02			0.01	
軟水後		0.19			1.24			1.04			3.04	
RO後		0.001以下			0.001以下			0.001以下			0.001以下	
ROタンク後	0	0.001以下	0	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0	0.001以下	0.001以下
セントラル後①	0.01	0.01	0	0.01	0.014	0.01	0.01	0.02	0.07	0.004.1	0	0
セントラル後②	5	5.2	0.001以下	4.1	5	7.8	3.1	4.5	4.1	1.9	3.5	1.6
セントラルCFゴ①	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラルCFゴ②	0.001以下	0.001以下	2.8	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端A	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端B	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
個人機末端A	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
A原液		48			26			20以下			20.0以下	
B原液		142			68			118			52	