

Sheet1

2008年 ET(EU/ml)	1月21日	2月18日	3月10日	4月14日	5月19日	6月16日	7月14日	8月11日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日
水道水		0.93			0.6			1.28			3.47	
PUF後		0.01			0			0.02			0.01.2	
軟水後		0.55			2.67			1.04			1.29	
RO後		0.001以下			5.5			0.001以下			0.001以下	
ROタンク後	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	26.3	2.9	0.001以下	0.001以下	1.7	19.7
セントラル後①	0	0	0	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
セントラル後②	0	0.0 23	0	0	0	0.01	0	0.01	0.01	0.006.7	0.01	0.01
セントラルCFゴ①	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラルCFゴ②	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端A	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端B	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
個人機末端A	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
A原液		0.020以下			0.020以下			0.04			0.04	
B原液		0.05			0.1			0.18			0.05	