

Sheet1

2009年 ET(EU/ml)	1月12日	2月9日	3月9日	4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	10月19日	11月9日	12月14日
水道水		2			0.92			2.6			0.82	
PUF後		0			0.01			0.001以下			0	
軟水後		0.71			3.9			0.52			0.18	
RO後		0.001以下			1.13			0.001以下			0.001以下	
ROタンク後	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	1.5
セントラル後①	0	0	0.00.6	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0	0.001以下
セントラル後②	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0	0.001以下
セントラルCFゴ①	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラルCFゴ②	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端①	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端②	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
個人機末端A	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
A原液		0.020以下			0.03			0.0020以下			0.0020以下	
B原液		0.04			0.06			0.0020以下			0.0020以下	