

Sheet1

2010年 ET(EU/ml)	1月18日	2月8日	3月8日	4月12日	5月10日	6月14日	7月12日	8月9日	9月13日	10月18日	11月8日	12月13日
水道水		1.64			1.73			1.18			1.26	
P U F 後		0			0			0			0.02	
軟水後		0.95			0.97			0.64			0.36	
R O 後		0.001以下			0.001以下			0.001以下			0.001以下	
R O タンク 後	0	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル 後 ①	0	0	0		0			0			0	
セントラル 後 ②	0.001以下	0	0		0			0			0	
セントラル C F 後 ①	0.001以下	0.001以下	0.001以下		0.001以下			0.001以下			0.001以下	
セントラル C F 後 ②	0.001以下	0.001以下	0.001以下		0.001以下			0.001以下			0.001以下	
セントラル系末端①	0.001以下	0.001以下	0.001以下									
セントラル系末端②	0.001以下	0.001以下	0.001以下									
セントラル系末端A				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端B				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端C				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端D				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端E				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端F				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端G				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
セントラル系末端H				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
個人機末端A	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
個人機末端B				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
個人機末端C				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
個人機末端D				0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下
A 原液		0.0020以下			0.02			0.02以下			0.03	
B 原液		0.04			0.04			0.02以下			0.020以下	