

エンドキシン測定記録 (EU/ml)

	2012年											
	1/16	2/6	3/19	4/9	5/14	6/11	7/9	8/10	9/12	10/15	11/12	12/10
水道水		1.410			1.792			1.236			0.7	
PUF後		0.004			0.004			0.015			0.001未満	
軟水後		0.700			0.036			0.106			1.68	
RO後		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
セントラル後①		0.001未満			0.001未満			0.005	0.002	0.005	0.002	
セントラル後②		0.001未満			0.001未満			0.019	0.022	0.018	0.016	
セントラルCF後①		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
セントラルCF後②		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
A原液		0.020未満			0.020未満			0.040			0.020未満	
B原液		0.020未満			0.048			0.020未満			0.512	
ROタンク後	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール1	0.001未満										0.001未満	
セントラル1系コンソール2		0.001未満										0.001未満
セントラル1系コンソール3			0.001未満									
セントラル1系コンソール4				0.001未満								
セントラル1系コンソール5					0.001未満							
セントラル1系コンソール6						0.001未満						
セントラル1系コンソール7							0.001未満					
セントラル1系コンソール8								0.001未満				
セントラル1系コンソール9									0.001未満			
セントラル1系コンソール10										0.001未満		
セントラル1系コンソール11	0.001未満										0.001未満	
セントラル1系コンソール12		0.001未満										0.001未満
セントラル1系コンソール13			0.001未満									
セントラル1系コンソール14				0.001未満								
セントラル1系コンソール15					0.001未満							
セントラル1系コンソール16						0.001未満						
セントラル1系コンソール17							0.001未満					
個人機18	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
個人機19	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
個人機20	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール21	0.001未満										0.001未満	
セントラル1系コンソール22		0.001未満										0.001未満
セントラル1系コンソール23			0.001未満									
セントラル1系コンソール24				0.001未満								
セントラル1系コンソール25					0.001未満							
セントラル1系コンソール26						0.001未満						
セントラル1系コンソール27							0.001未満					
セントラル1系コンソール28								0.001未満				
セントラル1系コンソール29									0.001未満			
セントラル1系コンソール30										0.001未満		
セントラル1系コンソール31	0.001未満										0.001未満	
セントラル1系コンソール32		0.001未満										0.001未満
セントラル1系コンソール33			0.001未満									
セントラル1系コンソール34				0.001未満								
セントラル1系コンソール35					0.001未満							
セントラル1系コンソール36						0.001未満						
セントラル1系コンソール37							0.001未満					
セントラル1系コンソール38								0.001未満				
セントラル1系コンソール39									0.001未満			
セントラル2系コンソール40										0.001未満		
セントラル2系コンソール41	0.001未満										0.001未満	
セントラル2系コンソール42		0.001未満										0.001未満
セントラル2系コンソール43			0.001未満									
セントラル2系コンソール44				0.001未満								
セントラル2系コンソール45					0.001未満							

