生菌測定記録 （CFU/ml）

	2015年											
	1/9	2/9	3/14	4/13	5/11	6/8	7/8	8/3	9/14	10/5	11/9	12/7
ＲＯ後	0.56	0.56	0.14	0.60	2.00	0.70	0.40	0.32	0.80	1.12	2.50	2.00
ＲＯタンク後	0.002未満	0.04	0.40	0.10	0.50	2.00	4.00	0.002未満	2.40	0.04	0.002未満	0.50
セントラル後①	0.002未満	0.06	0.02	0.02	0.08	0.28	0.60	0.46	0.20	0.23	0.14	0.02
セントラル後②	0.04	0.04	0.02	0.12	0.14	0.06	0.04	0.44	0.18	0.22	0.12	0.002未満
コンソール入口 5	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
コンソール入口 36	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
コンソール入口 45	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
コンソール入口 76	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ＲＯタンク後	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
セントラル1系コンソール1	0.002未満											
セントラル1系コンソール2		0.002未満										
セントラル1系コンソール3			0.002未満									
セントラル1系コンソール4				0.002未満								
セントラル1系コンソール5					0.002未満							
セントラル1系コンソール6						0.002未満						
セントラル1系コンソール7							0.002未満					
セントラル1系コンソール8								0.002未満				
セントラル1系コンソール9									0.002未満			
セントラル1系コンソール10										0.002未満		
セントラル1系コンソール11	0.001未満										0.002未満	
セントラル1系コンソール12		0.05未満										0.002未満
セントラル1系コンソール13			0.05未満									
セントラル1系コンソール14				0.002未満								
セントラル1系コンソール15					0.002未満							
セントラル1系コンソール16						0.002未満						
セントラル1系コンソール17							0.002未満					
個人機18	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
個人機19	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
個人機20	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
セントラル1系コンソール21	0.002未満										0.002未満	
セントラル1系コンソール22		0.002未満										0.002未満
セントラル1系コンソール23			0.002未満									
セントラル1系コンソール24				0.002未満								
セントラル1系コンソール25					0.002未満							
セントラル1系コンソール26						0.002未満						
セントラル1系コンソール27							0.002未満					
セントラル1系コンソール28								0.002未満				
セントラル1系コンソール29									0.002未満			
セントラル1系コンソール30										0.002未満		
セントラル1系コンソール31	0.002未満										0.002未満	
セントラル1系コンソール32		0.002未満										0.002未満
セントラル1系コンソール33			0.002未満									
セントラル1系コンソール34				0.002未満								
セントラル1系コンソール35					0.002未満							
セントラル1系コンソール36						0.002未満						
セントラル1系コンソール37							0.002未満					
セントラル1系コンソール38								0.002未満				
セントラル1系コンソール39									0.002未満			
セントラル2系コンソール40										0.002未満		
セントラル2系コンソール41	0.002未満										0.002未満	
セントラル2系コンソール42		0.002未満										0.002未満

生菌測定記録 （CFU/ml）

	2015年											
	1/9	2/9	3/14	4/13	5/11	6/8	7/8	8/3	9/14	10/5	11/9	12/7
セントラル2系コンソール43			0.002未満									
セントラル2系コンソール44				0.002未満								
セントラル2系コンソール45					0.002未満							
セントラル2系コンソール46						0.002未満						
セントラル2系コンソール47							0.002未満					
セントラル2系コンソール48								0.002未満				
セントラル2系コンソール49									0.002未満			
セントラル2系コンソール50										0.002未満		
セントラル2系コンソール51	0.002未満										0.002未満	
セントラル2系コンソール52		0.002未満										0.002未満
セントラル2系コンソール53			0.002未満									
セントラル2系コンソール54				0.002未満								
セントラル2系コンソール55					0.002未満							
セントラル2系コンソール56						0.002未満						
セントラル2系コンソール57							0.002未満					
セントラル2系コンソール58								0.002未満				
セントラル2系コンソール59									0.002未満			
セントラル2系コンソール60										0.002未満		
セントラル2系コンソール61	0.002未満										0.002未満	
セントラル2系コンソール62		0.002未満										0.002未満
セントラル2系コンソール63			0.002未満									
セントラル2系コンソール64				0.002未満								
セントラル2系コンソール65					0.002未満							
セントラル2系コンソール66						0.002未満						
セントラル2系コンソール67							0.002未満					
セントラル2系コンソール68								0.002未満				
セントラル2系コンソール69									0.002未満			
セントラル2系コンソール70										0.002未満		
セントラル2系コンソール71	0.002未満										0.002未満	
セントラル2系コンソール72		0.002未満										0.002未満
セントラル2系コンソール73			0.002未満									
セントラル2系コンソール74				0.002未満								
セントラル2系コンソール75					0.002未満							
セントラル2系コンソール76						0.002未満						
セントラル2系コンソール77							0.002未満					
セントラル2系コンソール78								0.002未満				
セントラル2系コンソール79									0.002未満			
セントラル2系コンソール80										0.002未満		
個人機81	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満