

# 生菌測定記録 (CFU/ml)

	2012年											
	1/16	2/6	3/19	4/9	5/14	6/11	7/9	8/10	9/12	10/15	11/12	12/10
水道水		1未満			6			4			4	
PUF後		1未満			2			1未満			1未満	
軟水後		6000			1600			100			220	
RO後		1未満			8			8			4	
セントラル後①		1未満			16	56	5	16	9	16	2	
セントラル後②		1未満			12	35		8	16	16	1	
セントラルCF後①		1未満			1未満			1未満			1	
セントラルCF後②		1未満			1未満			1未満			1未満	
A原液		12			2			1未満			4	
B原液		1未満			1未満			1未満			1未満	
ROタンク後	0.05未満											
セントラル1系コンソール1	0.05未満										0.05未満	
セントラル1系コンソール2		0.05未満										0.05未満
セントラル1系コンソール3			0.05未満									
セントラル1系コンソール4				0.05未満								
セントラル1系コンソール5					0.05未満							
セントラル1系コンソール6						0.05未満						
セントラル1系コンソール7							0.05未満					
セントラル1系コンソール8								0.05未満				
セントラル1系コンソール9									0.05未満			
セントラル1系コンソール10										0.05未満		
セントラル1系コンソール11	0.05未満										0.05未満	
セントラル1系コンソール12		0.05未満										0.05未満
セントラル1系コンソール13			0.05未満									
セントラル1系コンソール14				0.05未満								
セントラル1系コンソール15					0.05未満							
セントラル1系コンソール16						0.05未満						
セントラル1系コンソール17							0.05未満					
個人機18	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.150	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
個人機19	0.05未満											
個人機20	0.05未満											
セントラル1系コンソール21	0.05未満										0.05未満	
セントラル1系コンソール22		0.05未満										0.05未満
セントラル1系コンソール23			0.05未満									
セントラル1系コンソール24				0.05未満								
セントラル1系コンソール25					0.05未満							
セントラル1系コンソール26						0.05未満						
セントラル1系コンソール27							0.05未満					
セントラル1系コンソール28								0.05未満				
セントラル1系コンソール29									0.05未満			
セントラル1系コンソール30										0.05未満		
セントラル1系コンソール31	0.05未満										0.05未満	
セントラル1系コンソール32		0.05未満										0.05未満
セントラル1系コンソール33			0.05未満									
セントラル1系コンソール34				0.05未満								
セントラル1系コンソール35					0.05未満							
セントラル1系コンソール36						0.05未満						
セントラル1系コンソール37							0.05未満					
セントラル1系コンソール38								0.05未満				
セントラル1系コンソール39									0.05未満			
セントラル2系コンソール40										0.05未満		
セントラル2系コンソール41	0.05未満										0.05未満	
セントラル2系コンソール42		0.05未満										0.05未満
セントラル2系コンソール43			0.05未満									
セントラル2系コンソール44				0.05未満								
セントラル2系コンソール45					0.05未満							

