# 生菌測定記録 （CFU/ml）

| | 2015年 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/9 | 2/9 | 3/14 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | 7/8 | 8/3 | 9/14 | 10/5 | 11/9 | 12/7 |
| ＲＯ後 | 0.56 | 0.56 | 0.14 | 0.60 | 2.00 | 0.70 | 0.40 | 0.32 | 0.80 | 1.12 | 2.50 | 2.00 |
| ＲＯタンク後 | 0.002未満 | 0.04 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 0.002未満 | 2.40 | 0.04 | 0.002未満 | 0.50 |
| セントラル後① | 0.002未満 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.60 | 0.46 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.02 |
| セントラル後② | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.44 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.002未満 |
| コンソール入口 5 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| コンソール入口 36 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| コンソール入口 45 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| コンソール入口 76 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| ＲＯタンク後 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| セントラル1系コンソール1 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール2 | | 0.002未満 | | | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール3 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール4 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール5 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール6 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール7 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| セントラル1系コンソール8 | | | | | | | | 0.002未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール9 | | | | | | | | | 0.002未満 | | | |
| セントラル1系コンソール10 | | | | | | | | | | 0.002未満 | | |
| セントラル1系コンソール11 | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | |
| セントラル1系コンソール12 | | 0.05未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 |
| セントラル1系コンソール13 | | | 0.05未満 | | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール14 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール15 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール16 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール17 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| 個人機18 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 個人機19 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 個人機20 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| セントラル1系コンソール21 | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | |
| セントラル1系コンソール22 | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 |
| セントラル1系コンソール23 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール24 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール25 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール26 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール27 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| セントラル1系コンソール28 | | | | | | | | 0.002未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール29 | | | | | | | | | 0.002未満 | | | |
| セントラル1系コンソール30 | | | | | | | | | | 0.002未満 | | |
| セントラル1系コンソール31 | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | |
| セントラル1系コンソール32 | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 |
| セントラル1系コンソール33 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール34 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール35 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル1系コンソール36 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル1系コンソール37 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| セントラル1系コンソール38 | | | | | | | | 0.002未満 | | | | |
| セントラル1系コンソール39 | | | | | | | | | 0.002未満 | | | |
| セントラル2系コンソール40 | | | | | | | | | | 0.002未満 | | |
| セントラル2系コンソール41 | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | |
| セントラル2系コンソール42 | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 |

# 生菌測定記録 （CFU/ml）

| | 2015年 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/9 | 2/9 | 3/14 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | 7/8 | 8/3 | 9/14 | 10/5 | 11/9 | 12/7 |
| セントラル2系コンソール43 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール44 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール45 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール46 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール47 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| セントラル2系コンソール48 | | | | | | | | 0.002未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール49 | | | | | | | | | 0.002未満 | | | |
| セントラル2系コンソール50 | | | | | | | | | | 0.002未満 | | |
| セントラル2系コンソール51 | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | |
| セントラル2系コンソール52 | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 |
| セントラル2系コンソール53 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール54 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール55 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール56 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール57 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| セントラル2系コンソール58 | | | | | | | | 0.002未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール59 | | | | | | | | | 0.002未満 | | | |
| セントラル2系コンソール60 | | | | | | | | | | 0.002未満 | | |
| セントラル2系コンソール61 | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | |
| セントラル2系コンソール62 | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 |
| セントラル2系コンソール63 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール64 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール65 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール66 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール67 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| セントラル2系コンソール68 | | | | | | | | 0.002未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール69 | | | | | | | | | 0.002未満 | | | |
| セントラル2系コンソール70 | | | | | | | | | | 0.002未満 | | |
| セントラル2系コンソール71 | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | |
| セントラル2系コンソール72 | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 |
| セントラル2系コンソール73 | | | 0.002未満 | | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール74 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール75 | | | | | 0.002未満 | | | | | | | |
| セントラル2系コンソール76 | | | | | | 0.002未満 | | | | | | |
| セントラル2系コンソール77 | | | | | | | 0.002未満 | | | | | |
| セントラル2系コンソール78 | | | | | | | | 0.002未満 | | | | |
| セントラル2系コンソール79 | | | | | | | | | 0.002未満 | | | |
| セントラル2系コンソール80 | | | | | | | | | | 0.002未満 | | |
| 個人機81 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |