

## エンドキシン測定記録 (EU/ml)

2021	1/11		2/15		3/1		4/5		5/11	
RO 後	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
RO 後 (個人用)	0.002		0.002		0.002		0.001		0.001未満	
	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液
コンソール前36	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
コンソール前76	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール1	0.001未満	0.001未満								
セントラル1系コンソール2			0.001未満	0.001未満						
セントラル1系コンソール3					0.001未満	0.001未満				
セントラル1系コンソール4							0.001未満	0.001未満		
セントラル1系コンソール5									0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール6										
セントラル1系コンソール7										
セントラル1系コンソール8										
セントラル1系コンソール9										
セントラル1系コンソール10										
セントラル1系コンソール11	0.001未満	0.001未満								
セントラル1系コンソール12			0.001未満	0.001未満						
セントラル1系コンソール13					0.001未満	0.001未満				
セントラル1系コンソール14							0.001未満	0.001未満		
セントラル1系コンソール15									0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール16										
セントラル1系コンソール17										
個人機18	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
個人機19	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
個人機20	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール21	0.001未満	0.001未満								
セントラル1系コンソール22			0.001未満	0.001未満						
セントラル1系コンソール23					0.001未満	0.001未満				
セントラル1系コンソール24							0.001未満	0.001未満		
セントラル1系コンソール25									0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール26										
セントラル1系コンソール27										
セントラル1系コンソール28										
セントラル1系コンソール29										
セントラル1系コンソール30										
セントラル1系コンソール31	0.001未満	0.001未満								
セントラル1系コンソール32			0.001未満	0.001未満						
セントラル1系コンソール33					0.001未満	0.001未満				
セントラル1系コンソール34							0.001未満	0.001未満		
セントラル1系コンソール35									0.001未満	0.001未満
セントラル1系コンソール36										
セントラル1系コンソール37										
セントラル1系コンソール38										
セントラル1系コンソール39										
セントラル2系コンソール40										
セントラル2系コンソール41	0.001未満	0.001未満								
セントラル2系コンソール42			0.001未満	0.001未満						
セントラル2系コンソール43					0.001未満	0.001未満				
セントラル2系コンソール44							0.001未満	0.001未満		
セントラル2系コンソール45									0.001未満	0.001未満
セントラル2系コンソール46										
セントラル2系コンソール47										
セントラル2系コンソール48										
セントラル2系コンソール49										
セントラル2系コンソール50										
セントラル2系コンソール51	0.001未満	0.001未満								
セントラル2系コンソール52			0.001未満	0.001未満						
セントラル2系コンソール53					0.001未満	0.001未満				
セントラル2系コンソール54							0.001未満	0.001未満		





