

生菌測定記録 (CFU/ml)

	2016	1/9	2/9	3/7	4/13	5/11	6/8	7/11	8/8
RO後		0.02未満	0.50	1.0	1.0	0.10	1.0	0.1	0.20
ROタンク後		0.160	0.70	0.14	2.0	2.0	2.0	8.0	1.60
セントラル後①		0.02未満	0.02	0.02未満	1.0	10.0	3.2	10.0	4.80
セントラル後②		0.02未満	0.02未満	0.040	1.0	5.0	5.0	1.0	8.0
コンソール前05		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
コンソール前36		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
コンソール前45		0.020	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
コンソール前76		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール1		0.02未満							
セントラル1系コンソール2			0.02未満						
セントラル1系コンソール3				0.02未満					
セントラル1系コンソール4					0.02未満				
セントラル1系コンソール5						0.02未満			
セントラル1系コンソール6							0.02未満		
セントラル1系コンソール7								0.02未満	
セントラル1系コンソール8									0.02未満
セントラル1系コンソール9									
セントラル1系コンソール10									
セントラル1系コンソール11		0.02未満							
セントラル1系コンソール12			0.02未満						
セントラル1系コンソール13				0.02未満					
セントラル1系コンソール14					0.02未満				
セントラル1系コンソール15						0.02未満			
セントラル1系コンソール16							0.02未満		
セントラル1系コンソール17								0.02未満	
個人機18		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
個人機19		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
個人機20		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール21		0.02未満							
セントラル1系コンソール22			0.02未満						
セントラル1系コンソール23				0.02未満					
セントラル1系コンソール24					0.02未満				
セントラル1系コンソール25						0.02未満			
セントラル1系コンソール26							0.02未満		
セントラル1系コンソール27								0.02未満	
セントラル1系コンソール28									0.02未満
セントラル1系コンソール29									
セントラル1系コンソール30									
セントラル1系コンソール31		0.02未満							
セントラル1系コンソール32			0.02未満						
セントラル1系コンソール33				0.02未満					
セントラル1系コンソール34					0.02未満				
セントラル1系コンソール35						0.02未満			
セントラル1系コンソール36							0.02未満		
セントラル1系コンソール37								0.02未満	
セントラル1系コンソール38									0.02未満
セントラル1系コンソール39									
セントラル2系コンソール40									
セントラル2系コンソール41		0.02未満							
セントラル2系コンソール42			0.02未満						
セントラル2系コンソール43				0.02未満					
セントラル2系コンソール44					0.02未満				
セントラル2系コンソール45						0.02未満			
セントラル2系コンソール46							0.02未満		
セントラル2系コンソール47								0.02未満	
セントラル2系コンソール48									0.02未満
セントラル2系コンソール49									
セントラル2系コンソール50									
セントラル2系コンソール51		0.02未満							

9/5	10/5	11/9	12/7
			0.02未滿
0.02未滿			
	0.02未滿		
		0.02未滿	
			0.02未滿
0.02未滿			
	0.02未滿		
		0.02未滿	
			0.02未滿
0.02未滿			
	0.02未滿		
0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿