生菌測定記録 （CFU/ml）

2019	1/7		2/11		3/11		4/8		5/13	
ＲＯ後	0.02未満		0.02		0.02未満		0.02		0.06	
	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液
コンソール前36	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
コンソール前76	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
セントラル1系コンソール1	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール2	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール3	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール4	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール5	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール6	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール7	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール8	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール9	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール10	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール11			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール12			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール13			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール14			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール15			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール16			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール17			0.02未満	0.02未満						
個人機18	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
個人機19	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
個人機20	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール21					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール22					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール23					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール24					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール25					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール26					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール27					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール28					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール29					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール30					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール31							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール32							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール33							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール34							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール35							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール36							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール37							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール38							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール39							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール40							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール41	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール42	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール43	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール44	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール45	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール46	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール47	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール48	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール49	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール50	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール51			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール52			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール53			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール54			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール55			0.02未満	0.02未満						

生菌測定記録 （CFU/ml）

2019	1/7		2/11		3/11		4/8		5/13	
セントラル2系コンソール56			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール57			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール58			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール59			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール60			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール61					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール62					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール63					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール64					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール65					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール66					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール67					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール68					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール69					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール70					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール71							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール72							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール73							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール74							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール75							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール76							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール77							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール78							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール79							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール80							0.02未満	0.02未満		
個人機81	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満

6/20		7/8		8/5		9/11		10/7		11/11		12/9	
0.16		0.02未満		0.02		0.08		0.3		0.08		0.02	
透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液
0.200		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
						0.02未満	0.02未満						
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				

6/20		7/8		8/5		9/11		10/7		11/11		12/9	
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満				
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
		0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満		
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
				0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満