

生菌測定記録 (CFU/ml)

2021	1/10		2/7		3/7		4/4		5/9	
RO 後	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
RO 後 (個人用)	450		100		2.0		200		20	
	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液	透析液	補充液
コンソール前36	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
コンソール前76	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
セントラル1系コンソール1	0.02未満	0.02未満								
セントラル1系コンソール2			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール3					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール4							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール5									0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール6										
セントラル1系コンソール7										
セントラル1系コンソール8										
セントラル1系コンソール9										
セントラル1系コンソール10										
セントラル1系コンソール11	0.02未満	0.02未満								
セントラル1系コンソール12			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール13					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール14							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール15									0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール16										
セントラル1系コンソール17										
個人機18	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
個人機19	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
個人機20	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール21	0.02未満	0.02未満								
セントラル1系コンソール22			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール23					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール24							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール25									0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール26										
セントラル1系コンソール27										
セントラル1系コンソール28										
セントラル1系コンソール29										
セントラル1系コンソール30										
セントラル1系コンソール31	0.02未満	0.02未満								
セントラル1系コンソール32			0.02未満	0.02未満						
セントラル1系コンソール33					0.02未満	0.02未満				
セントラル1系コンソール34							0.02未満	0.02未満		
セントラル1系コンソール35									0.02未満	0.02未満
セントラル1系コンソール36										
セントラル1系コンソール37										
セントラル1系コンソール38										
セントラル1系コンソール39										
セントラル2系コンソール40										
セントラル2系コンソール41	0.02未満	0.02未満								
セントラル2系コンソール42			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール43					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール44							0.02未満	0.02未満		
セントラル2系コンソール45									0.02未満	0.02未満
セントラル2系コンソール46										
セントラル2系コンソール47										
セントラル2系コンソール48										
セントラル2系コンソール49										
セントラル2系コンソール50										
セントラル2系コンソール51	0.02未満	0.02未満								
セントラル2系コンソール52			0.02未満	0.02未満						
セントラル2系コンソール53					0.02未満	0.02未満				
セントラル2系コンソール54							0.02未満	0.02未満		

